

7 Свидетельство о приемке



ВКТ-7	02	0	0	0
-------	----	---	---	---

Зав. № **303920**

Модель	01	0	нет	Доп. батарея	
	02		1		
	03		2		Доп. батарея/Блок питания
	04				
	04P				
		0	RS-232	Интерфейс	
		1	RS-485		
		2	Ethernet		
		0	нет	Доп. дискретные выходы	
		1	есть		

Вычислитель количества теплоты ВКТ-7 версия «ПВ§ 2.7» соответствует техническим условиям ТУ 26.51.52-036-28692086-2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОПВК **Сорокин С.А.**

(ФИО)

21.12.2022

(число, месяц, год)

8 Сведения о поверке

Сведения о первичной поверке при выпуске из производства

Дата поверки	Результат поверки	Дата очередной поверки	ФИО и подпись поверителя (клеймо)
22.12.2022	ГОДЕН	21.12.2026	ИВАНОВА М.Н.

Сведения о поверке в процессе эксплуатации

Дата текущей поверки	Результат поверки	Дата очередной поверки	ФИО и подпись поверителя (клеймо)

Межповерочный интервал - 4 года.

9 Свидетельство об упаковывании

Вычислитель количества теплоты ВКТ-7 упакован на предприятии ООО "ИВТрейд" согласно требованиям конструкторской документации.

Упаковщик **Сорокин С.А.**

(ФИО)

(число, месяц, год)

ОКПД2 26.51.52



ГВС

**ВКТ-7****ВЫЧИСЛИТЕЛЬ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОТЫ**

Паспорт

ТНРВ.400880.036 ПС

ТЕПЛОКОМ

1 Основные сведения об изделии

Вычислитель количества теплоты ВКТ-7 предназначен для измерений выходных сигналов измерительных преобразователей параметров теплоносителя и вычислений по результатам измерений количества теплоты (тепловой энергии).

Наименование и почтовый адрес изготовителя: ООО «ИВТрейд», Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 10, лит. АФ.

Вычислитель зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений РФ под №77851-20.

2 Основные технические данные

Основные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации ТНРВ.400880.036 РЭ.

3 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя

3.1 Ресурсы, сроки службы и хранения

Средний срок службы не менее 12 лет.

Средняя наработка на отказ не менее 80000 ч.

Срок хранения в упаковке изготовителя не более 4 лет.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

3.2 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие технических и функциональных характеристик вычислителя требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем правил изложенных в Руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 6 лет.

Гарантийный ремонт вычислителя выполняется подразделениями ООО «ИВТрейд» teplocom-sale.ru при наличии паспорта и сведений о рекламации.

Гарантийные обязательства изготовителя прекращаются в случае:

- наличия механических повреждений и дефектов, вызванных несоблюдением правил эксплуатации, транспортировки и хранения;
- нарушения целостности пломб изготовителя и поверительного клейма;
- самостоятельного ремонта.

4 Комплектность

4.1 Составные части изделия

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол-во	Примечания
ВКТ-7	Вычислитель количества теплоты	1	Модель и опции по заказу

4.2 Эксплуатационная документация

Обозначение	Наименование документа	Кол-во	Примечания
ТНРВ.400880.036 РЭ	Руководство по эксплуатации (методика поверки – раздел 8)	1	teplocom-sale.ru
ТНРВ.400880.036 ПС	Паспорт	1	

5 Заметки по эксплуатации

В процессе эксплуатации вычислителя необходимо принять меры для сохранения установленных на нем пломб.

В процессе эксплуатации вычислитель должен подвергаться периодической поверке по методике раздела 8 руководства по эксплуатации ТНРВ.400880.036 РЭ.

Межповерочный интервал вычислителя – 4 года.

6 Сведения об утилизации

Вычислитель (кроме батареи) не обладает факторами, опасными для человека или окружающей среды. Утилизация осуществляется в порядке, установленном пользователем.

Запрещается выбрасывать отслужившую срок батарею вместе с обычными бытовыми отходами. Информацию по утилизации батареи, выработавшей свой ресурс, можно получить на ближайшем предприятии по уничтожению отходов или в отделении комитета по защите окружающей среды.