

421280
код продукции



Зав. № 42574250946073745

ОВЕН



Номер в госреестре 47586-11

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Преобразователь ОВЕН ПД100-ДИ1,6-111-0,5,
заводской № 42574250946073745
соответствует требованиям ТУ 4212-002-46526536-2009
и признан годным к эксплуатации.
Штамп ОТК



Дата выпуска 17.09.2025

Преобразователь давления измерительный

ОВЕН ПД100-ДИ1,6-111-0,5

ПАСПОРТ

КУВФ.406230.100 ПС

4. СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ

Преобразователь давления измерительный ПД100-ДИ1,6-111-0,5
Заводской № 42574250946073745
Поверка выполнена 17.09.2025

Знак поверки



Щадилов В.А.

Интервал между поверками: 2 года
Основная приведенная погрешность не более $\pm 0,5\%$

5. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Дата продажи

Отметка продавца _____

Общество с ограниченной ответственностью «Завод №423» (ООО
«Завод №423»)
Россия, 301830, Тульская обл., г. Богородицк, Заводской проезд, стр.
2 «Б».
Телефон (495) 221-60-64

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1. Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации на ОВЕН ПД100-ДИ1,6-111-0,5.
- 1.2. В соответствии со ст. 13 Закона РФ "Об обеспечении единства измерений" преобразователи, применяемые в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежат обязательной поверке. Отметка о первичной поверке при выпуске из производства заносится в паспорт на прибор.
- 1.3. Межповерочный интервал преобразователя составляет 2 года.
- 1.4. Поверку (калибровку) преобразователей проводить в соответствии с методикой поверки КУВФ.406230.100МП.
- 1.5. Раздел 3 и 4 заполняются предприятием-изготовителем, раздел 5 - организацией-продавцом.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 2.1. Условия эксплуатации преобразователя:
- использовать без агрессивных к материалам преобразователя сред;
 - преобразователи с маркировкой 1Ex db IIC T6...T4 Gb X, Ex tb IIC T78°C...T103°C Db X и 1Ex ia IIC T6 Gb
 - специальные условия применения, знак "X":
Температурный класс для газовых сред и максимальная температура поверхности для пылевых сред зависит от максимальной температуры окружающей среды и максимальной температуры измеряемой среды. (см. краткое руководство)
 - температура окружающего воздуха от -40 до 80°C;
 - атмосферное давление 84...106,7 кПа.
- 2.2. Показатели надежности:
- Средняя наработка на отказ, не менее 50000 ч;
 - Средний срок службы, не менее 12 лет.

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Преобразователь	1 шт.
Краткое руководство	1 шт.
Паспорт и гарантийный талон	1 шт.
Методика поверки (по требованию заказчика)	1 шт.

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 7.1. Преобразователь не содержит драгметаллов.
- 7.2. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая прибор.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 8.1. Преобразователи могут перевозиться в закрытом транспорте любого типа и на любое расстояние, при этом индивидуальная потребительская тара может дополнительно помещаться в транспортную тару.
- 8.2. Перевозка преобразователей может осуществляться в транспортной таре при температуре окружающего воздуха от минус 50°C до плюс 50°C, с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
- 8.3. Предельный срок транспортирования преобразователей 6 месяцев.
- 8.4. Преобразователи могут храниться в транспортной таре, в потребительской таре и без упаковки на стеллажах. Хранение преобразователей в таре на складе должно соответствовать условиям 3 по ГОСТ 15150-69. В воздухе должны отсутствовать агрессивные примеси. При этом срок хранения преобразователей должен быть не более 12 месяцев со дня продажи.
- 8.5. Хранение преобразователей без упаковки должно соответствовать условиям 4 по ГОСТ 15150-69. При этом срок хранения преобразователей должен быть не более 1 месяца.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 9.1. Изготовитель гарантирует соответствие характеристик и работу изделия при соблюдении условий его транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 9.2. Если изделие вышло из строя в течение гарантийного срока, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа, то предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный* ремонт или замену**.
- 9.3. Для отправки изделия в ремонт или на замену следует:
- демонтировать изделие из оборудования***;
 - очистить изделие от грязи и пыли****;
 - перейти на официальный сайт компании ОВЕН в раздел Поддержка/Сервисный центр или по QR-коду ниже и ознакомиться с правилами отправки изделия в ремонт/поверку.
- 9.4. Изготовитель обеспечивает техническое обслуживание изделия, которое включает:
- техническую консультацию;
 - ремонт или замену;
 - поставку комплектующих
- в течение всего срока его производства.
- 9.5. Гарантийный срок 24 месяца с даты продажи*****.
- 9.6. Изделие ПД100-ДИ1,6-111-0,5 имеет статус ремонтпригодности: ремонтпригодно.
- 9.7. Неремонтпригодные изделия по истечении гарантийного срока обслуживанию не подлежат. Отправлять такие изделия в сервисный центр не нужно.
- 9.8. Более подробно с сервисной политикой компании ОВЕН можно ознакомиться на официальном сайте ОВЕН в разделе Поддержка/Сервисный центр или по QR-коду ниже.

* Если заводской номер отсутствует или нечитаем, то сервисное обслуживание будет производиться на платной основе. Поверка изделий без заводского номера не производится.

** Замене подлежат только неремонтпригодные изделия (см. п.9.6), у которых не истек гарантийный срок.

*** Паспорт, крепежные элементы и съемные клеммы отправлять не нужно. В противном случае их сохранность не гарантируется.

**** Удаление пыли и грязи произвести с помощью сжатого воздуха или влажных салфеток, не содержащих спиртовых соединений.

***** Если в паспорте изделия отсутствует дата продажи, то гарантийный срок считается от даты его производства, которая зашифрована в заводском номере, указанном на корпусе.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сервисные центры ОВЕН

Москва: ООО ТД ОВЕН-К, тел. (495) 641-11-56 доб. 3

Алматы: ООО АКЭТО, тел. (8-107-727) 299-37-74, 390-32-07

Астана: ТОО Астана Ком, тел. (7172) 779-179, (7132) 295-330, (700) 007-00-21

Барнаул: ООО ТЕХКОМ-АВТОМАТИКА, тел. (3852) 22-98-68, 33-35-06

Благовещенск: ООО Амурская Электронная Станция, тел. 4162) 77-46-43, 57-31-57

Волгоград: ООО ЦТО КИПАСО, тел. (8442) 26-76-52, (960) 895-07-25

Екатеринбург: ООО НПП ОВЕН-УРАЛ, тел. (343) 286-75-40

Иваново: ООО Энергосервисный центр, тел. +7 (4932) 32-45-05, 32-47-27

Ижевск: ООО Системы Автоматизации, тел. (3412) 52-92-98, 52-92-75, 52-93-39

Казань: ООО СОЮЗ-ПРИБОР, тел. (843) 293-44-20, 293-44-60

Калининград: ООО Компания ТехПрибор, тел. 8-4012-65-38-33/8-4012-65-03-22

Караганда: ТОО Эргономика Сервис, тел. +7 (7212) 91-01-01

Киров: ООО АЛЬФА-ПРОМ, тел. (8332) 54-20-84, 54-04-42

Киров: ООО ЭНЕРГИС, тел. (8332) 51-75-45, 62-14-52

Краснодар: ООО ЭЛЕКТРО-Сервис, тел. (961) 50-90-561, (861) 232-75-62

Минск: ООО Логонпром-Сервис, тел. +7 (10-375-17) 361-39-00, 871-95-68

Минск: ООО ПромКомплектПрибор, тел. +7 (10-375-17) 336-33-70

Мурманск: ООО Коланга, тел. (8152) 25-15-75

Нижний Новгород: ООО ТЕХНО-КИП, тел. +7 (831) 220-56-13, 218-02-48

Нижний Новгород: ООО Дельта-КИП-Плюс, тел. (831) 250-00-86, 257-19-75, 253-93-09

Новосибирск: ООО ТСЦ РЭЛСИБ, тел. (383) 319-64-01, 319-64-02

Новосибирск: ООО Приборика, тел. +7(383) 213-56-37, 214-19-06, 22-77-289

Орел: ИП Цимерман, тел. (4862) 48-42-15, 73-15-01, 63-01-05

Оренбург: ООО ПРОМАВТОМАТИКА, тел. (3532) 52-16-76, 52-18-76

Пенза: ООО ТДА-Электро, тел. 8-800-707-66-00, (8412) 45-88-88 доб. 147

Пермь: ООО ПРИСК, тел. 8 (342) 215-91-42

Самара: ООО КИП-АС, тел. (846) 310-86-23, 989-22-26

Санкт-Петербург: ООО ЭНЕРГО-СНАБ СПб, тел. 8 (812) 313-26-27 доб. 109, 8 (921) 757-38-41

Санкт-Петербург: ООО Овен Северо-Запад, тел. +7(812) 3273274

Ульяновск: ООО ПОИСК, тел. (8422) 300-150

Уфа: ООО ОВЕН-Уфа, тел. +7 (347) 214-93-14

Челябинск: ООО ИТЦ УКАВТ, тел. (351)796-42-77, 790-50-88

Чита: ООО Монтаж Автоматики, тел. (3022) 71-06-71

Ярославль: Фазис ООО НПК, тел. +74852588085, +74852588087, +74852580969

Получить более подробную информацию о сервисных центрах ОВЕН, а так же ознакомиться с правилами передачи изделий в ремонт можно на сайте ОВЕН в разделе «сервисные центры»: https://owen.ru/servisnie_centri. Кроме этого, на странице сервисного центра вы можете заказать дубликат паспорта, узнать состояние переданного в ремонт изделия, гарантийный срок и межповерочный интервал любого изделия ОВЕН.

Все сервисные центры ОВЕН имеют одинаковый статус и осуществляют ремонт любой продукции торговой марки ОВЕН на одинаковых условиях. Пользователь может обращаться в любой сервисный центр по своему выбору, независимо от места приобретения продукции торговой марки ОВЕН. Вопросы по режиму работы и условиям технического обслуживания пользователь может задать по телефону или электронной почте любого сервисного центра. Замечания и пожелания к качеству услуг, предоставляемых сервисными центрами ОВЕН, необходимо направлять в Центральный офис компании ОВЕН по e-mail: rem@owen.ru или по факсу: (495)728-41-45.